

GALENKA A.D. BEOGRAD
BATAJNIČKI DRUM BB
Dana: 29.06.2016. god.

OBJAŠNJENJA ZA NABAVK BR. 8-10/2016 „LABORATORIJSKI MATERIJAL“

PITANJA PONUĐAČA MANY AGROVET DOO ZA JN 8-10/2016
27.06.2016.

PARTIJA 3

1. Stavka 2 –predmetna stakla za mikroskop – pakovanje 50 kom. Da li mislite na 2 pak (100 kom staklica) ili 100 pak po 50 kom?
2. Stavka 3 –molim dimenziju trazenih epruveta
3. stavka 4 – da li se mogu ponuditi bacto epruvete 10x75 mm?
4. stavka 8- - da li mislite na boce sa navojem, plavi cep?
5. Stavka 11- molim dimenzije trazene epruvete
6. stavka 15 – da li treba da ima stakleni ili PP zapusac?
7. stavka 30 – da li se moze ponuditi casa od 3000 ml?
8. stavka 35 – staklena ili teflon slavina?
9. stavke 39 i 40 – da li mislite na piknometre po Gay-Lussacu/
10. stavke 46-48 da li se moze ponuditi B klasa?
11. staavke 59-62 – stakleni ili PP zapusac?
12. stavke 63-65 – obzirom da to nisu mikropipete (velika je zapremina), da li mislite na obicne, graduisane pipete navedenih zapremina?
13. Za sve pipete 67-76 moze li se ponuditi B klasa?
14. stavke 77-82 –stakleni ili PP zapusac?
15. stavke 110-113 glazirani ili neglazirani/
16. stavka 114 – precnik tarionika i da li glaziran ili neglaziran?

17. Da li treba dostaviti izvod iz kataloga prilikom dostavljanja ponude ili samo upisati kataloske brojeve?
18. Da li za celokupnu nabavku vazi zakon o Javnim nabavkama? da li se za Partiju 1 moze ponuditi ekvivalent ili moraju biti samo navedeni kataloski brojevi?

S postovanjem
MANY AGROVET DOO

OBJAŠNJENJE

1. Stavka 2 –Predmetna stakla za mikroskop potrebno je 2x 50 kom
2. Stavka 3 –Dimenziju trazenih epruveta: dužina 130 mm, šlif 14/23
3. stavka 4 –Možete ponuditi bacto epruvete 10x75 mm, ali će prednost imati ponuda sa tačno navedenim dimenzijama.
4. stavka 8- - Mislimo na bocu sa navojem, plavi čep.
5. Stavka 11- U pitanju je bacto epruvete 10 x 75 mm.
6. stavka 15 - Odgovaraju i stakleni i PP zapušači.
7. stavka 30 –Ne, isključivo čaša od 4000 ml.
8. stavka 35 –Odgovara i staklena i teflonska.
9. stavke 39 i 40 –Da, piknometre po Gay-Lussacu
10. stavke 46-48 Ne, isključivo A klasa
11. stavke 59-62 –Odgovaraju i stakleni i PP zapušači.
12. stavke 63-65 –Da, obične, graduisane pipete navedenih zapremina.
13. Za sve pipete 67-76 može i klasa B.
14. stavke 77-82 –Odgovaraju i stakleni i PP zapušači.
15. stavke 110-113 - Glazirani
16. stavka 114 – Glazirani tarionik prečnika (fi) oko 70 mm

17. Uz ponudu dostaviti izvod iz kataloga i upisati kataloške brojeve.
18. Nabavke dobara, usluga i radova Galenika sprovodi u skladu sa svojim internim aktom, Pravilnik o nabavci dobara, usluga i radova u akcionarskom društvu Galenika a.d.

За партију 1 због провереног и одговарајућег квалитета могу се јавити само понуђачи који могу да понуде тражена добра, а на основу католошких бројева наведених у табели.

Galenika, 29.06.2016.

S poštovanjem,

Jovan Andrić, Galenika ad