

**GALENIKA A.D. BEOGRAD**  
**BATAJNIČKI DRUM BB**  
**Dana: 04.07.2016. god.**

**OBJAŠNJENJA ZA NABAVK BR. 8-10/2016 „Laboratorijski materijal“**

**PITANJA PONUĐAČA:**

U partiji 11. konkursne dokumentacije na nabavke br.8-10/2016 "Laboratorijski material", za stavke 2 i 3 ne postoje proizvodi pod kataloškim brojem koji ste dali.

Do sada ste od nas kupovali tražene proizvode, ali bih rekla da je došlo do greške u kataloškom broju.

Stavka 2. Ez pak membrane LM 4140 dali ste kat.br. EZHZI474, a trebalo je EZHAWG474.

Stavka 3. EZ pak microfilm LM 4139 dali ste kat.br. MZHAWQ101, a trebalo je MZHAWG101.

**OBJAŠNJENJE:**

Stavka 2. Ez pak membrane LM 4140 umesto kat. Br. EZHZI 474, treba EZHAWG 474.

Stavka 3. EZ pak mikrofilm LM 4139 umesto kat. Br. MZHAWQ101, treba MZHAWG101

**PITANJA PONUĐAČA:**

Postovani, vezano za javnu nabavku 8-10/2016, molim Vas za odgovor:

Partija 4:

Stavka 13. Na koji promer eza mislite, s obzirom da navedeni kataloski broj firme Deltalab, vise nije taj (1ul ili 10ul) I koja kolicina je odredjena vasim pakovanjem, s obizrom da su razlicita pakovanja?

Stavka 15. Da li mislite na komplet za bris sterilan (u tubi) ili na drvene stapice sa namotajem sterilne?

**OBJAŠNJENJE:**

Stavka 13. Plastične sterilne eze za jednokratnu upotrebu promera 10 ul, pakovanje 1200 kom. (2X600) ili približno.

Stavka 15. Komplet za bris sterilan u tubi.

S poštovanjem,  
Jovan Andrić, Galenika